高精科研平台

水文仪器检定系统

将被检仪器置于受控运动或已知高度条件下，关联参考量、仪器示值与检测记录。流速仪器检测与水位检测台使用各自对应的装置和测量流程。



产品图示

输出原始记录和检测分析资料。水位检测台的量程与扩展不确定度单独列示，避免与流速仪器检测参数混用。

配置要点

仪器类型	转子、电磁、电波、声学等水文仪器
水位检测台控制	自动 / 手动控制、预设高度自动控制、辅助读数
水位检测台量程	0–11m，可定制
水位检测台扩展不确定度	U=1.1mm（k=2）
检测输出	原始记录、检测分析报告、证书报告

选型需明确

1. 被检仪器类型与接口
2. 检测范围及参考方法
3. 原始记录与报告要求

自主研发 · 场景定制
设备、软件与系统集成

13581958689 王先生

www.eceo.ltd

北京恩驰尔欧信息技术有限公司

ECEO2023@163.com